

EUROFINS Umwelt Nord GmbH · Industriepark 6a · D-27777 Ganderkesee

E & G GmbH&Co.KG
Vogtstrasse 4

49393 Lohne

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 31100089
Prüfberichtsnummer: Nr. 3000402003

Projektnummer: Nr. 3000402
Projektbezeichnung: Diverse Einzelbestimmungen
Probenumfang: 1 Probe
Probenart: Luft
Probeneingang: 12.01.2011
Prüfzeitraum: 12.01.2011 - 20.01.2011

Untervergabe im Firmenverbund:

Analyse erfolgte in einem akkreditierten Partnerlabor der EUROFINS-Gruppe:
(FG) EUROFINS Umwelt Ost GmbH, Gwp "Schwarze Kiefern", 09633 Halsbrücke

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Ganderkesee, den 21.01.2011



Jürgen Reinhardt
Prüfleiter
04222 / 8076910



Projekt: Diverse Einzelbestimmungen

			Probenbezeichnung	Kunststoff- gas
			Labornummer	311000271
Parameter	Einheit	BG	Methode	

Bestimmung von Gasen

Heizwert eines Gasgemisches (FG)	MJ/m ³		berechnet nach DIN 51857-97-03	7,94
Heizwert eines Gasgemisches (FG)	kWh/m ³		berechnet nach DIN 51857-97-03	2,2

Ganderkesee, den 21.01.2011



Jürgen Reinhardt
Prüfleiter